

より進化した充実の機能がプレミアム

Centuria

PREMIUM

電動昇降式フローティング撮影台
〔センチュリア プレミアム〕



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社


一般医療機器 / 汎用X線診断装置電動式患者台
特定保守管理医療機器 / 設置管理医療機器
届出番号：23B2X00016P00054

主な特長

- 従来に比べ増した耐荷重200kg！
※オプション（受像部回転、密着機構いずれか）を設定しない場合となります
- 天板の揺れを低減させた安心の設計
パンタグラフフレームの強化により、患者さんが天板に乗ったときの揺れを低減しました
- 天板ロック機構強化
ラック&ピニオンを採用し、天板フローティングロック機構を強化。正確な位置決めをサポートします
- 安心低床設計
患者さんの乗り降りが楽になる最低位FL350mm※の低床設計です
※受像部回転、受像部密着機構を設定した場合の最低位。受像部回転：370mm 受像部密着：400mm
- FPD搭載可能なカセットトレイ標準装備 CR・アナログカセットにも対応可能※手持付FPDは不可
- らくらくグリッド交換 スライド方式によりグリッドの交換が可能です
- 操作性向上3連フットスイッチを標準装備
- 優しい5色のカラーバリエーション
ピンク・パープル・ブルー・グリーン・イエローのパステル調カラーを用意しました

充実のオプション

- 受像部回転機構搭載！
これにより対角撮影が可能となります（回転イメージ）
- 受像部密着機構搭載！
電動昇降機能により撮影直前にFPD表面と天板上面の距離を約半分短縮（66mm ⇄ 34mm）
受像部を天板に密着させることで、より鮮明な画像が得られます
※回転機構と密着機構の同時設定は不可
- 保守点検プランもご用意しております
長期間安定してご使用いただけますよう、アフターサービス体制を整え、ご提供しております



■仕様

	Centuria Premium
昇降駆動方式	電動式
テーブル寸法	D821×W2100(mm)
テーブル高さ	350～900(mm)※1
テーブルロック方式	電磁オフロック
カセット種類	FPD・CRカセット
フィルムサイズ	各社対応 17×17inサイズまで
グリッドサイズ	465×465(mm)
天板材質	透明アクリル(t10mm)
天板フローティング寸法	長手1000mm/短手300mm
受像部可動範囲	固定
耐荷重	200kg※2
重量	約250kg※3
電源	AC100V 370VA
付属品	3連フットスイッチ(1個)、キャスト、アジャスター

※1 受像部回転、受像部密着機構を設定した場合の最低位。受像部回転：370mm 受像部密着：400mm

※2 オプション（受像部回転、密着機構いずれか）を設定しない場合

※3 オプションをつけない場合

■標準装備

	Centuria Premium
カラーバリエーション	ピンク・パープル・ブルー・グリーン・イエロー
手元操作スイッチ	○
センターロック	○
昇降時の注意喚起音	○

■オプション

	Centuria Premium
受像部回転	○
受像部密着	○
天板フローティング用 テーブルスイッチ	○
フォトタイマー取付	○島津(SPT-XD-A)、キヤノン(PTF-100B/06、STB-01B)、 富士フィルムヘルスケア(ICX-945、ICX-142)
寝台マット	○
管球連動機能	○
カーボン天板	○
追加フットスイッチ	○(1個追加可)
4連フットスイッチ	○
カセットトレイスライド機構	○(長手方向)
床固定金具	○
被験者グリッパ	○
指挟み防止スカート	○

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)
(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地 東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671 第一誠実ビル4階
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165 松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946 オフィス・ナガサワ2階B号
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号 電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444
SORA新大阪21ビル6階
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323